



PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 3042/2025

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2025.

Processo nº 0008990-74.2020.8.19.0001,
ajuizado por N.C.A.S..

Trata-se de Demanda Judicial (fl. 04), com pleito inicial do equipamento **bomba de insulina** e seus **acessórios kit completo para bomba de insulina**; e os insumos **lanceta** e **tira** reagente (Accu-Chek® Performa). Posteriormente acostado aos autos novo documento advocatício pleiteando (fl. 419), solicitando substituição do equipamento e insumos pleiteados a inicial pelo **Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed 640G/780G**.

Resgata-se que, acostado aos autos processuais encontra-se o (fls. 113 a 117), o PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NAT Nº 0474/2020, elaborado em 20 de fevereiro de 2020, no qual foram esclarecidos os aspectos relativos às legislações vigentes à época; ao quadro clínico da Autora – **diabetes tipo 1, variabilidade glicêmica, hipoglicemias e retinopatia diabética**; à indicação e à disponibilização, no âmbito do SUS, ao acesso para fornecimento dos medicamentos **bomba de insulina** e seus **acessórios kit completo para bomba de insulina**; e os insumos **lanceta** e **tira** reagente (Accu-Chek® Performa) pleiteados. Assim, como sugerida avaliação pela médica assistente, quanto substituição de insumos pleiteados por itens padronizados pelo SUS.

Apensado ao processo, consta o PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NAT Nº 0639/2025 (fls. 462 a 330), elaborado em 13 de fevereiro do ano de 2025, no qual foram esclarecidos os aspectos relativos ao quadro clínico da Autora e à indicação e à disponibilização, no âmbito do SUS, para a substituição da **bomba de insulina** em uso pelo **Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed 640G/780G e seus acessórios** pleiteados.

Em atenção ao Despacho Judicial (fls. 521), segue as informações acerca dos itens aplicador do conjunto de infusão Quick-Set e Care Link Blue Adapter - Disp. conexão:

- **O aplicador do conjunto de infusão MiniMed™ Quick-Set**, é um componente que auxilia na inserção do cateter no subcutâneo, que pode ser manejado com apenas uma mão, o que ajuda a colocar o conjunto de infusão em áreas de difícil acesso¹, de forma rápida e segura e proporcionando mais precisão e conforto para o usuário².
- **O Blue Adapter Carelink USB** é um dispositivo sem fio que permite a transferência de dados das bombas de insulina MiniMed™ série 700G, para o software CareLink Personal, otimizando o gerenciamento do Diabetes Mellitus. Compatível apenas com as bombas de insulina da linha MiniMed™ série 700G. Requer conexão a uma porta USB de um computador³.

¹ Medtronic. Os componentes do sistema MiniMed™780G. <https://info.medtronicdiabetes.com/MiniMed780G_BR>. Acesso em: 05 ago. 2025.

² Aplicador do Conjunto de Infusão Quick Set Quick Serter Medtronic Mmt-305qs. <https://www.panvel.com/panvel/aplicador-do-conjunto-de-infusao-quick-set-quick-serter-medtronic-mmt-305qs-1-unidade/p-95180>. Acesso em: 05 ago.2025.

³ Adaptador Sem Fio Carelink Blue Adapter Medtronic Acc-1003911f 1 Unidade. <<https://www.panvel.com/panvel/adaptador-sem-fio-carelink-blue-adapter-medtronic-acc-1003911f-1-unidade/p-95182>>. Acesso em: 05 ago.2025.



Cumpre informar, que os dispositivos **aplicador do conjunto de infusão MiniMed™ Quick-Set e o Blue Adapter Carelink ®USB**, são acessórios que integram o Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed 780G pleiteado.

Diante do exposto, este Núcleo reitera a **indicação** do sistema de **infusão de insulina** (Minimed™ 780 G), os **acessórios** e **insumos** pleiteados e prescritos, em **substituição** ao equipamento atualmente em uso, para a manutenção da terapia; por entender que de acordo com a médica assistente, se configura a alternativa terapêutica para o caso em tela (fls. 513 e 514).

Em relação ao fornecimento, no âmbito do SUS, insta mencionar que a **aplicador do conjunto de infusão MiniMed™ Quick-Set e o Blue Adapter Carelink ®USB** (Minimed™ 780 G), **não estão padronizados** em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro. Assim, **não há atribuição exclusiva municipal ou estadual quanto ao seu fornecimento**.

Informa-se que os dispositivos de infusão de insulina e Blue Adapter Carelink ®USB pleiteados, possuem registros ativos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ademais, reitera-se ao abordado nos PARECERES TÉCNICOS/SES/SJ/NAT Nº 0474/2020 e Nº 0639/2025.

É o parecer.

Ao 3º Juizado Especial Fazendário do Estado Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

Elaborado pela equipe técnica do NATJUS-RJ.

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe
CRF-RJ 10.277
ID. 436.475-02